


COUNTERFOG® SDR-F05A+

DISTRIBUCIÓN DEL TAMAÑO DE GOTA DEL CONO DE NIEBLA

D ₁₀ partículas (µm)	D ₉₀ partículas (µm)	% emisión
0,02	0,03	47,86
0,03	0,04	85,57
0,05	0,07	76,46
0,10	0,15	47,53
0,22	0,26	23,50
0,32	0,43	12,77
0,59	0,73	4,91
0,91	1,17	1,37
1,52	1,86	0,23
2,28	2,95	0,07
3,81	4,92	0,03
6,37	7,76	0,02



Medidas llevadas a cabo por el Dr. Víctor Archilla, jefe del laboratorio de Instrumentación y técnicas de medida experimental del **Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA)**

Ctra. Ajalvir Km4, Torrejón de Ardoz, Madrid

Mayo de 2020